

# 高壓氣體消費設備作業檢點表

檢查週期：作業前、作業後

系所名稱：\_\_\_\_\_ 實驗室名稱：\_\_\_\_\_ 實驗室編號：\_\_\_\_\_ 檢查日期： 年 月

檢點項目	檢查日期																								備註
	作業前/後		前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	
1.鋼瓶是否固定																									
2.內容物名稱是否有明顯標示																									
3.鋼瓶是否有瓶蓋																									
4.瓶體是否腐蝕																									
5.瓶體是否凹損或變形																									
6.氧氣鋼瓶瓶口是否接觸或靠近油脂																									
7.不相容氣體鋼瓶是否分類儲存																									
8.氫氣、乙炔、瓦斯等鋼瓶是否遠離高溫、電氣、日照																									
9.扳手使用後是否取下																									
10.是否標示空瓶殘氣瓶或實瓶																									
11.瓶口是否有（定期、15年內、每三年、15-20每兩年、20年以上每年）檢查合格安全色環																									
12.管線是否標示																									
實驗室負責人																									
檢查人員簽名																									

- 註：1. 以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。  
 2. 檢查結果正常狀態打√，異常狀態打X，若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。  
 3. 法令依據：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第62條。  
 4. 資料保存年限三年。