

緊急沖淋洗眼設備檢點表

檢查週期: 每月一次

檢查項目	檢查日期												備註	
	檢查重點	檢查結果												
設置場所	周圍 1.5 公尺內或通道無阻塞，地面整潔平坦。													
	明顯標示。													
機體	無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺鬆動，各功能正常，無漏水													
水管	入水閥保持常開，接頭密合，不漏水，閥桿無損壞、變形。													
	控制閥（長柄或腳踏）機能正常，噴灑頭整潔過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞													
水源	確認水壓、水溫均適當													
	確認水質無污濁情形													
排水管	保持順暢													
實驗室負責人		檢查人員簽名												

- 註：1. 以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。
 2. 檢查結果正常狀態打√，異常狀態打X。
 3. 資料保存年限三年。